



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γουμένισσα 04.12.2017

Αριθ. Πρωτ.: 4721

Γ.Ν. – Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μαυροπούλου 9  
61300 Γουμένισσα  
Πληροφορίες : Ιωάννης Κοσμάς  
Τηλέφωνο : 23433 50371  
E-mail : [prom3@gnkoum.gr](mailto:prom3@gnkoum.gr)

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ /  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για εξετάσεις Na/K/Cl με συνοδό εξοπλισμό.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου έχοντας υπόψη

- τις διατάξεις:
  - του Ν.4270/2014 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λ.π.», όπως ισχύει σήμερα.
  - του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α'/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
  - Του Ν.3580/2007 "Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 3846/2012 .
  - Του Ν.4412/2016 " Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
- Τα υπ' αριθ. σχετικά έγγραφα 4671/01.12.2017, 4672/01.12.2017, 4714/04.12.2017 της Διευθύντριας του Μικροβιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου.
- Το γεγονός ότι η προμήθεια των ειδών είναι αναγκαία και απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών της Νοσοκομειακής Μονάδας μας.

Αποφασίζει

Την προμήθεια αντιδραστηρίων για εξετάσεις Na/K/Cl με συνοδό εξοπλισμό (αυτόματο αναλυτή ιόντων), με την διαδικασία της απ'ευθείας ανάθεσης και συλλογής προσφορών μέσω έρευνας αγοράς, έχοντας ως κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Γι' αυτό προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία να καταθέσει την οικονομική προσφορά της έως την Πέμπτη 14/12/2017 και ώρα 15:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μας.

Παρακαλούμε να αναφέρεται για το προσφερόμενο είδος ο αντίστοιχος κωδικός CPV, και οι τιμές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών. Οι προσφορές θα αποσταλούν στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Γραφείου Προμηθειών.



Ο αναλυτής θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές:

1. Να είναι καινούριος και τελευταίας τεχνολογίας, εύχρηστος με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια.
2. Να προσδιορίζει Na/K/Cl.
3. Να δέχεται δείγματα ορού, πλάσματος και ούρων.
4. Να απαιτεί μικρό όγκο δείγματος  $\leq 100\text{ml}$ .
5. Να έχει μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα στα αποτελέσματα.
6. Τα αποτελέσματα να φαίνονται στην οθόνη και να εκτυπώνονται σε εκτυπωτή.
7. Το service θα καλύπτεται από τον μειοδότη.
8. Ο αναλυτής να διαθέτει πιστοποιητικό CE.
9. Ενδεικτικός ετήσιος αριθμός εξετάσεων Na: 5500 και K:5500.

